CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. **UL-BR 17.0875X**

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de:

1 a 6

Emissão / Date of issue

13 de novembro de 2017 / November 13, 2017 01 de outubro de 2020 / October 01, 2020 Validade / Expire date 12 de novembro de 2023 / November 12, 2023

Solicitante / Applicant

FAFNIR GmbH

Revisão / Revision Date

Schnackenburgallee 149 c, 22525 Hamburg

CNPJ: Não aplicável / Not applicable Audit File: A28639 (date 2020-08-06)

FILE#/VOL.#/SEC.#

BR4260/Vol.1/Sec.4

Local de Montagem / Assembly Location

Não aplicável / Not applicable

Importador / Importer

Não aplicável / Not applicable

Marca Comercial / Trademark

Não aplicável / Not applicable

Produto Certificado / Certified Product

Transmissor VPI com ou sem fonte de energia VPI-Supply Measuring transmitter VPI with or without power supply VPI-Supply.

Modelo / Model

Lote ou Número de Série / Lot or Serial Number

Não aplicável / Not applicable

Marcação / Marking

[Ex ia Ga] IIC

 $(-20 \text{ °C} \le T_{amb} \le +60 \text{ °C})$

Normas Aplicáveis / Applicable Standards

ABNT NBR IEC 60079-0:2013 ABNT NBR IEC 60079-11:2013

Programa de certificação ou Portaria /

Certification Program or Ordinance

Portarias no. 179, de 18 de maio de 2010 e nº. 89 de 23 de fevereiro de 2012 do

INMETRO INMETRO Ordinances nº 179 as of May 18, 2010 and nº 89 as of Feb 23, 2012.

Concessão Para / Concession for

Ostentar o Selo de Identificação da Conformidade do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC) sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste

certificado.

Bearing the Conformity Identification Seal of the Brazilian System of Conformity (SBAC) on the product covered by this certificate.

Pedro Mottola

Program Owner

UL do Brasil Certificações, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO – CGCRE, segundo o registro No.: OCP-0029 confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s) e programas ou Portarias acima descritas.

UL do Brasil Certificações , Certification Body accredited by Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO - CGCRE according to the register No.: OCP-0029 confirms that the product is in compliance with the standards and certification Program or Ordinance above mentioned.





CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. UL-BR 17.0875X

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de:

1 a 6

Emissão / Pavisino Data

Emissão / Date of issue 13 de novembro de 2017 / November 13, 2017

Revisão / Revision Date 01 de outubro de 2020 / October 01, 2020

Validade / Expire date 12 de novembro de 2023 / November 12, 2023

Fabricante / Manufacturer

FAFNIR GmbH

Schnackenburgallee 149 c, 22525 Hamburg CNPJ: Não aplicável / *Not applicable* Audit File: A28639 (date 2020-08-06)

MODELO DE CERTIFICAÇÃO / CERTIFICATION MODEL:

Modelo com Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Processo de Produção do Produto e Ensaios no Produto Quality Management System Evaluation of the Product Production Process and Product Test Model

☐ Modelo Ensaio de Lote Lot Test Model

CÓDIGO DE BARRAS GTIN / GTIN BAR CODE:

Não aplicável / Not applicable

DESCRIÇÃO DO PRODUTO I PRODUCT DESCRIPTION:

O transmissor VPI é utilizado para alimentação de sensores intrinsecamente seguros que podem ser usados em áreas classificadas. Este pode ainda ser utilizado para a transmissão de sinais elétricos entre área classificada e não-classificada. O transmissor VPI também pode ser usado como um módulo de sistema para medição de nível de tanques.

O transmissor tem capacidade máxima para oito canais intrinsecamente seguros. O transmissor pode ser alimentado pela fonte VPI-Supply ou qualquer outra fonte apropriada para condições de uso seguro.

The measuring transmitter VPI is used for the supply of intrinsically safe sensors which can be used in explosion hazardous areas. In addition, the measuring transmitter VPI is used for the transmission of electrical signals between the explosion hazardous area and non explosion hazardous area. Furthermore the measuring transmitter VPI is used as a module of a tank level measuring system. The measuring transmitter is made for a maximum of eight intrinsic safety channels. For powering the measuring transmitter it can be used the power supply VPI-Supply. Also it can be used any other power supply under condition of safe use.

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. **UL-BR 17.0875X**

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de:

Emissão / Date of issue

13 de novembro de 2017 / November 13, 2017 Revisão / Revision Date 01 de outubro de 2020 / October 01, 2020 Validade / Expire date 12 de novembro de 2023 / November 12, 2023

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

| VPI com/with VPI-Supply | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | |
|--|--|--|
| Circuitos de alimentação / Supply circuit | U = 24 V ca/a.c., ou 115 V ca/a.c., ou 230 V ca/a.c. | |
| (Terminais/ <i>Terminals</i> PE, N, L) | ±10 %, 40-60 Hz, < 4 VA | |
| (Terrimals/Terminals L., N, L) | Um = 30 V @ 24 V ca/a.c. | |
| | | |
| | Um = 130 V @ 115 V ca/a.c. | |
| 1 (0)) (0) / (0) / (0) / (0) | Um = 253 V @ 230 V ca/a.c. | |
| Interface de comunicação RS485 / Communication interface RS485 | U = ±5 V | |
| (Terminais/Terminals 1, 2, 3, 4) | Um = 100 V | |
| Circuitos dos sensores CH01 CH08 | Valores máximos para o tipo de proteção segurança intrínseca | |
| Sensor circuits CH01 CH08 | Ex ia IIC: | |
| (Terminals/Terminals +, A, B, -) | In type of protection Intrinsic Safety Ex ia IIC Maximum values per circuit: | |
| | Uo = 10,5 V | |
| | Io = 41,0 mA | |
| | Po = 99.8 mW | |
| | | |
| | Característica/Characteristic line: linear | |
| 3 (111) (111) (111) (111) (1 | Máxima indutância externa permissível/ | |
| / TALL TALL TALL TALL | | |
| | Max. permissible external inductance Lo = 5 mH | |
| | Máxima capacitância externa permissível | |
| | Max. permissible external capacitance Co = 610 nF | |

Os circuitos intrinsecamente seguros dos sensores são galvanicamente isolados do terminal de comunicação (RS485) até um valor de 190 V de tensão de pico e dos terminais de alimentação até um valor de 375 V de tensão de pico.

The intrinsically safety sensor circuits are safely galvanically separated from the communication terminal (RS485) up to a peak crest value of the voltage of 190 V and from the supply terminal up to a peak crest value of the voltage of 375 V.

| VPI sem/without VPI-Supply | |
|---|---|
| Circuitos de alimentação / Supply circuit | U = 12 V cc/d.c., ±10 %, < 2 W |
| (Terminais/Terminals 1, 2) | Um = 253 V |
| Interface de comunicação RS485 / Communication interface RS485 | U = ±5 V |
| (Terminals/Terminals 1, 2, 3, 4) | Um = 100 V |
| Circuitos dos sensores CH01 CH08 Sensor circuits CH01 CH08 (Terminais/Terminals +, A, B, -) | Valores máximos para o tipo de proteção segurança intrínseca Ex ia IIC: In type of protection Intrinsic Safety Ex ia IIC Maximum values per circuit: Uo = 10,5 V Io = 41,0 mA Po = 99,8 mW |
| | Característica/Characteristic line: linear |
| | Máxima indutância externa permissível/ Max. permissible external inductance Lo = 5 mH |
| | Máxima capacitância externa permissível |
| | Max. permissible external capacitance Co = 610 nF |

Os circuitos intrinsecamente seguros dos sensores são galvanicamente isolados do terminal de comunicação (RS485) até um valor de 190 V de tensão de pico.

The intrinsically safety sensor circuits are safely galvanically separated from the communication terminal (RS485) up to a peak crest value of the voltage of 190 V.

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. **UL-BR 17.0875X**

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de:

Emissão / Date of issue

13 de novembro de 2017 / November 13, 2017 Revisão / Revision Date 01 de outubro de 2020 / October 01, 2020 Validade / Expire date 12 de novembro de 2023 / November 12, 2023

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE UTILIZAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS Ex ou LISTA DE LIMITAÇÕES PARA **COMPONENTES Ex:**

SPECIFIC CONDITIONS OF USE FOR EX EQUIPMENT or SCHEDULE OF LIMITATIONS FOR EX COMPONENTS:

O terminal de aterramento (PA) na placa de circuito impresso do transmissor VPI deve ser conectado ao terra onde o equipamento será instalado na área classificada sem o uso da fonte VPI-Supply.

O transmissor VPI e a fonte de energia VPI-Supply devem ser instalados em um invólucro que garanta um grau de proteção mínimo

A distância mínima de 50mm de isolação entre o transmissor VPI e a fonte de energia VPI-Supply deve ser garantida durante a instalação.

A faixa de temperatura ambiente permissível para o transmissor e a fonte de energia VPI-Supply é -20 °C to +60 °C.

The potential equalization terminal (PA) on printed circuit board of the measuring transmitter VPI has to be connected with the potential compensation of the explosion hazardous location when the power supply VPI-Supply is not used.

The measuring transmitter VPI and the power supply VPI-Supply has to be installed in an enclosure with degree of protection minimum IP20.

At installation of the measuring transmitter VPI with the power supply VPI-Supply the minimum clearance between these two has to be 50 mm (tight string length).

The permissible ambient temperature range of the measuring transmitter VPI and of the voltage supply VPI-Supply is -20 °C to +60 °C.

ENSAIOS DE ROTINA / ROUTINE TESTS:

Nenhum / None

LISTA DE DOCUMENTOS / DOCUMENTS LIST:

| ☑ Description ILL# ☐ TestRef ILL# | Título / Title: | Desenho Nº Drawing No.: | Revisão ou Data: Issue or Date |
|------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|
| 01 | Massnahmen fur den Explosionschutz | | 2010-11 |
| 02 | VPI | XF 079 000 | 2010-09-30 |
| 03 | Typenschild VPI-Supply | XF 079 020 | 2011-01-19 |
| 04 | VPI PC-Board VPI Printed Circuit Board Top | XF 079 40 10-1 | 2019-12-19 |
| 04 | VPI PC-Board VPI Printed Circuit Board Bottom | XF 079 40 10-2 | 2019-12-19 |
| 05 | Reserved for future use |] (YL) (YI | |
| 00 | VPI PC-Board VPI Assembly Top | XF 079 40 11-1 | 2019-12-19 |
| 06 | VPI PC-Board VPI Assembly Bottom | XF 079 40 11-2 | 2019-12-19 |
| 07 | Reserved for future use | A = A = A = A | /II. \ /III. |
| 08 | VPI PC-Board VPI Sensor Supply and Interface | XF 079 40 12 | 2019-12-19 |
| 00 | VPI PC-Board VPI Coating Top | XF 079 40 13-1 | 2019-12-19 |
| 09 | VPI PC-Board VPI Coating Bottom | XF 079 40 13-2 | 2019-12-19 |
| 10 | Reserved for future use | MATERIAL AND ARTHUR | N/III-N |

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. UL-BR 17.0875X

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de:

Certificate of Conformity valid only with the following pages:

1 a 6

Emissão / Date of issue
Revisão / Revision Date

Validade / Expire date

13 de novembro de 2017 / November 13, 2017 01 de outubro de 2020 / October 01, 2020 12 de novembro de 2023 / November 12, 2023

| ☑Description ILL# ☐TestRef ILL# | Título / Title: | Desenho Nº Drawing No.: | Revisão ou Data: Issue or Date |
|---------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|
| 11 | VPI PC-Board VPI Marking Plate | XF 079 40 14 | 2019-12-19 |
| 12 | VPI-Supply Leiterplatte Leiterbahnen und Bestückung | XF 079 41 10 | 2010-10-20 |
| 13 | VPI-Supply Leiterplatte Leiterbahnführung unten | XF 079 41 10-2 | 2010-10-20 |
| 14 | VPI-Supply Leiterplatte Bestückung oben | XF 079 41 10-3 | 2010-10-20 |
| 15 | VPI-Supply Leiterplatte Bestückung unten | XF 079 41 10-4 | 2010-10-20 |
| 16 | VPI-Supply Schaltbild | XF 079 41 12 | 2010-10-20 |
| 17 | Verpackungsetikette für NMETRO-Produkte (Brasilien) | XF 079 40 14 | 2017-09-26 |
| 18 | Manual de instruções | UL-BR 17.0875X | 2017-10 |

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, RELATÓRIOS DE ENSAIO / CERTIFICATE OF CONFORMANCE, TEST REPORTS:

| ⊠TestRec DS# □TestRef DS# | Título/Descrição: Title/Description: | Documento Nº Document No.: | Revisão ou Data: Issue or Date |
|---------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|
| 01 | Certificado IECEx issue 0 | IECEx TUN 10.0027X | 2011-04-06 |
| 02 | Relatório de ensaio, emitido por TÜV NORD CERT GmbH | DE/TUN/ExTR10.0033/00 | 2011-01-20 |
| 03 | Test Report Addendum | 4788081490 | 2017-11-10 |

OBSERVAÇÕES / OBSERVATIONS:

- 1. Este certificado aplica-se aos produtos idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na(s) unidade(s) fabril(is) mencionada(s) neste certificado, sendo este válido apenas para produtos fabricados/produzidos após a sua emissão.
- Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito à UL do Brasil Certificações sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da validade do certificado.
- 3. Somente as unidades comercializadas durante a vigência deste certificado estarão cobertas por esta certificação.
- 4. Os equipamentos devem ser instalados em atendimento ás Normas pertinentes em Instalações Elétricas em Atmosferas Explosivas, ABNT NBR IEC 60079-14.
- 5. As atividades de instalação, inspeção, manutenção, reparo, revisão e recuperação dos equipamentos são de responsabilidade dos usuários e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e com as recomendações do fabricante.
- **6.** É de competência do solicitante estabelecido fora do país notificar o representante legal para fins de comercialização no Brasil, importador ou o próprio usuário sobre as responsabilidades e obrigações prescritas na Cláusula 10 da Portaria 179:2010.
- 7. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da UL do Brasil Certificações previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. UL-BR 17.0875X

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de:

ges: 1 a

Emissão / Date of issue

Emissão / Date of issue 13 de novembro de 2017 / November 13, 2017

Revisão / Revision Date 01 de outubro de 2020 / October 01, 2020

Validade / Expire date 12 de novembro de 2023 / November 12, 2023

- 1. This certificate applies to the products that are identical to the prototype investigated, certified and manufactured at the production site(s) mentioned in this certificate, being valid only for products produced/manufactured after its issuance.
- Any changes made on the product, including marking, will invalidate this certificate unless UL do Brasil Certificações is notified, in written, about the desired change, who will conduct an analyzes and will decide over the continuity of the certificate validity.
- 3. Only the products placed into the market during the validity of this certificate will be covered by this certification.
- 4. The equipment shall be installed according to the relevant Standards in Electrical Installation for Explosive Atmospheres, ABNT NBR IEC 60079-14.
- 5. The installation, inspection, maintenance, repair, review and rebuild equipment activities are responsibility of the end user and must be performed in accordance with the requirements of the standards and manufacturer's recommendation.
- 6. If the applicant is established outside of Brazil it is their responsibility to notify the legal representative for commercial purposes in Brazil, importer or end user of the responsibilities and obligations described in Clause 10 of Portaria 179:2010.
- 7. The validity of this Certificate of Conformity is subjected to the conduction of the maintenance evaluations and treatment of possible nonconformities according to UL do Brasil Certificações guidelines in accordance with the specific RAC. In order to verify the updated condition of validity of this Certificate of Conformity, the Inmetro database of certified products and services must be consulted.

HISTÓRICO DE REVISÕES / REVISION HISTORY:

2020-10-01 - Rev. 1 - OPP-4789525947

Atualizações nos desenhos controlados sem impacto na segurança do equipamento e no tipo de proteção.

Update of the scheduled drawings with no impacto n the satety of the equipment or in the type of protection.

2017-11-13 - Rev. 0 - OPP-4788081490

Emissão inicial

Initial issue

A última revisão substitui e cancela as anteriores

The last revision cancel and substitutes the previous ones

04571-010 - Brooklin - São Paulo - SP - Brasil